

۷ سرمتحرک دستگاه را با زاویه ۹۰ درجه بصورت عمودی تا حدی بر روی پوست فشار دهید که قسمت شفاف دستگاه کاملا فشرده شود. تا زمانی که فشار مناسب به پوست اعمال نگردد دستگاه عمل نمی‌کند.

۸ دکمه فوقانی زرد رنگ بالای دستگاه را با انگشت شست فشار دهید و دستگاه را تا پایان تزریق با فشار مناسب و با اطمینان از عدم خروج سوزن، همان جا نگه دارید.



۹ با شنیده شدن صدای کلیک تزریق شما آغاز می‌گردد و ۱۰ ثانیه به طول می‌انجامد. توجه داشته باشید که اعمال فشار بر روی پوست هیچ گونه تاثیری بر میزان درد تزریق ندارد، از این جهت نگران نباشید.

۱۰ روند تزریق را از طریق قسمت شفاف دستگاه کنترل کنید تا مطمئن شوید دوز کامل تزریق شده است. دستگاه را با یک حرکت مستقیم از محل تزریق خارج کنید.

مراحل پس از تزریق





۱۱ پس از اتمام تزریق، محل تزریق را با پنبه خشک بپوشانید. خروج مختصری خون یا دارو از محل تزریق بلامانع می‌باشد. تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر و یا کبودی اندکی در ناحیه تزریق شود.

۱۲ دستگاه استفاده شده را دور بیاندازید.

در صورتیکه به هر دلیل تزریق با موفقیت انجام نشد، در اسرع وقت با پزشک معالج، داروساز و یا مرکز حمایت از بیمار شرکت سینااژن ۴۲۵۹۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

به یاد داشته باشید این دستگاه برای تزریق راحت توسط خودتان طراحی شده است، اما برای تزریق بار اول، آموزش‌های لازم را از پزشک، داروساز و یا پرستار خود درخواست کنید. همچنین می‌توانید برای آموزش رایگان تزریق به یکی از مراکز حمایت از بیمار شرکت سینااژن مراجعه فرمایید.

توجه توجه

هنگام برداشتن درپوش زرد رنگ ابزار داروسان خودکار، از هرگونه پیچش و انحرافی به درپوش اکیدا خودداری نمایید. کوچکترین پیچش و انحراف منجر به خرابی ابزار داروسان خودکار می‌شود.





درپوش زردرنگ باید کاملا مستقیم و بدون پیچاندن کشیده شود.